

食品**チューインガムの水分**

カールフィッシャー水分計

Karl Fischer Moisture Titrator

容量滴定法

(気化法)

規格

JIS K 0113
ASTM E 203

ISO 760

1.概要

カールフィッシャー試薬による水分定量は、最も信頼できる水分定量法として、世界中で広く用いられています。国際規格のISOや各国の標準試験法のASTM等、国内ではJISをはじめとする多くの公定法に採用されています。

チューインガム類は、カールフィッシャー滴定に適した溶剤に溶けにくいものが殆どで、妨害反応をするものが多く、水分気化装置を用いて間接滴定を行うのが一般的です。水分気化装置内で試料を過熱し、蒸発させた水分をキャリアガスで溶剤へ導き、その水分をJIS K 0113-2005電位差、電流、電量、カールフィッシャー滴定法通則にもとづき、容量滴定法で測定します。

水分気化装置を用いて間接滴定を行う場合は、脱水溶剤MEを用います。

2.参考文献

- 1) JIS K 0113-2005 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則
- 2) ASTM E 203-16 Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration
- 3) ISO 760:1978 Determination of Water-Karl Fischer method (General method)
- 4) ハイドラナール マニュアル RdH社発行

3.測定上の注意点

- 1) 測定の際、雰囲気的水分影響を受けないように、空調の設備された部屋で測定を行ってください。
- 2) 試料の取扱いに、注意してください。
- 3) カールフィッシャー試薬の力価は、測定に使用する溶剤を用いて事前に求めておいてください。

4.分析終了後の処置

滴定フラスコ内の脱水溶剤を排液し、電極を洗浄してください。
また滴定フラスコには脱水溶剤を加えて、電極が浸かった状態にしておいてください。

5.装置構成

本体 : 容量滴定方式 カールフィッシャー水分計
電極 : KF用双白金電極
オプション : 水分気化装置

6.試薬

滴定液 : ハイドラナール コンポジット2 (RdH社製)
脱水溶剤 : 脱水溶剤ME(ガス用) (林純薬工業株式会社製)

7.分析手順

—準備—

- 1) 滴定フラスコに脱水溶剤MEを約50mL入れます。
- 2) 予備滴定を行い、滴定フラスコ内を滴定液にて無水状態にします。
- 3) 水分気化装置の加熱温度を150℃に設定し、加熱温度を維持させます。
- 4) キャリアガスを用いて、水分気化装置内をパージします。

—測定—

- 1) 水分計のStartキーを押します(バックパージとセルパージを開始させます)。
- 2) サンプラに約0.25gの試料を採取します。
- 3) 0.1mgの最小表示値を持つ天びんで2)項のサンプラ質量を測定します。
- 4) セルパージ終了後、水分気化装置の試料投入口より、試料を加熱管内にある試料ポートに移します。
- 5) 水分計のStartキーを押し、試料ポートを水分気化装置の加熱部へ移動させ、再び水分計のStartキーを押し、測定を開始させます。
- 6) 試料投入後のサンプラ質量を測定します。
- 7) 水分計のWt1に3)項の質量を、Wt2に6)項の質量を入力します。
- 8) 測定終了後、滴定量から水分濃度を求めます。

8.計算式

$$\text{水分 (\%)} = ((\text{Data} \times F - \text{Blank}) / (\text{Wt1} - \text{Wt2})) \times 0.1$$

Data : 滴定量 (mL)
F : 滴定液の力価 (mg H₂O / mL)
Blank : ブランク値 (mg)
Wt1 : 試料 + 容器の質量 (g)
Wt2 : 容器の質量 (g)

9.測定例

-滴定パラメータ-

MKV-710M/S,MKA-610	MKA-520	MKS-500
Method No. 1 [Titration] Titr.mode Normal t(stir) 0 s t(wait) 10 s t(max) 1200 s t(interval) 0 s Max.volume 10 mL Titr.bur.No. 1 Dose mode Off [Control] End time 0 s Final vol. 0.01 mL Titr.speed 3 Detect.mode 1 Drift titr. On Start mode Manual End level 75 mV Samp.time 5 s Stir.speed 4 [Option] Pre treat 2 Cell purge 120 s Back purge 180 s Heat.mode Set Oven temp. 150 C	[Titration] Method 1 Titr Mode Normal Titr Buret No. 1 End Time 0 s Final Vol. 0.01 mL Titr.Speed 3 Detector Mode 1 t(stir) 0 s t(wait) 10 s t(max) 1200 s Drift Titr On Start Manual Max.Volume 10 mL Dose mode Off Oven ADP- Oven Temp. 150°C Pre Treat 2 Back Purge 180 s Cell Purge 120 s	[Titration] Method Direct Titr.Speed 3 End Time 0 s Final Vol. 0.01 mL Detector Mode Normal t(stir) 0 s t(max) 1200 s Drift Titr. On Max.Volume 10 mL

-計算パラメータ-

MKV-710M/S,MKA-610	MKA-520	MKS-500
[Calculation] Calc.type Sample Blank No. 1 Calc.No. 2 Unit % Decimal 2 Fraction Round (Half adjust) Drift comp. Off Evaluation Off	[Calculation] Calc. 2 Unit % Weight Variable	[Calculation] g->%

水分気化装置

流量 200 mL/min	流量 200 mL/min	流量 200 mL/min 設定温度 150 C
---------------	---------------	-----------------------------

－測定結果－

試料名	試料採取量 (g)	溶剤	水分値	
			mg	%
チューインガム	0.2612	脱水溶剤ME	5.4786	2.09

加熱温度は、150℃です。

10.まとめ

チューインガムは、ガムと略されることが多く、主原料としては南米産のアカテツ科の樹木であるサポディラから取れる樹液を煮て作る天然樹脂のチクルが主に用いられています。

今回の試料においては、水分気化装置にて試料中の水分を蒸発させ、キャリアガスにて脱水溶剤MEに導くことにより、水分測定は問題なく行うことができます。

カールフィッシャー水分計を使用することによって、より安定した水分測定が可能になります。